

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

in merito al Capitolato Tecnico e all'Indagine di mercato per la "Fornitura di attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione da destinare ai laboratori dell'ISPRA di Ozzano dell'Emilia (Bologna), di Castel Romano (Roma) e di Livorno", da pubblicare sul sito ISPRA, nella pagina dedicata all'indagine di mercato relativa alla procedura in questione (con le credenziali del Dott. Piero Genovesi).

Domanda 1: Pos 16. in merito "al posizionamento (all'interno della camera) di cassette con illuminazione variabile". Di solito è regolabile l'illuminazione ma non si possono spostare le fonti di luce.

Risposta 1: *da ricerche online emerge che alcuni operatori economici offrono prodotti in cui la luce è regolabile all'interno dei singoli cassette. Si consiglia comunque di prezzare il prodotto più simile alle caratteristiche richieste, perché non saranno prese in considerazione offerte economiche incomplete.*

Domanda 2: Pos 17 armadio climatico da 750lt: temperatura +10 a +40 con umidità regolabile tra l'80 ed 100%. Una tale percentuale di umidità non è solitamente presente in questo tipo di strumenti e con questi volumi.

Risposta 2: *l'armadio climatico deve avere determinate dimensioni tali da poter stivare fustelle cilindriche di diametro di pochi cm (al massimo 10) ma di lunghezza pari a 70 cm (riposte in orizzontale). La temperatura deve essere regolata intorno ai 20°C e l'umidità non deve essere inferiore al 90%.*

Domanda 3: Pag. 5 Tempi e luoghi di consegna, si fa riferimento "ritiro e smaltimento dell'usato" senza quantificarlo. Di norma, lo smaltimento dei RAEE è fatto da apposite aziende che si occupano esclusivamente di smaltimento.

Risposta 3: *si fa riferimento al ritiro e smaltimento del vecchio prodotto in occasione della consegna del nuovo, quindi non si tratta di smaltimento di RAEE aggiuntivi rispetto a quelli richiesti e di norma il ritiro Uno contro Uno del vecchio RAEE in occasione dell'acquisto di uno nuovo equivalente per funzione è a carico del produttore e/o distributore anche per i RAEE professionali, non solo per quelli di tipo domestico (decreto del Ministro dell'Ambiente n.65 dell'8 marzo 2010 - Capo II, D. Lgs. 151/2005 - Articoli 6, 12 e 16).*

Domanda 4: nell'allegato C dove indicate "si fornisce il dettaglio dei prezzi unitari" intendete riferito al dettaglio dei prezzi degli strumenti o riferito al costo materiale, costo fisso e costi del personale?

Risposta 4: *nell'ultimo rigo dell'allegato C in cui si chiedono i prezzi unitari non ci si riferisce al costo del personale, il quale è specificatamente richiesto a parte, a pagina 2 del medesimo allegato.*

Domanda 5: nell'Indagine di mercato nel punto 4, riferito alla presentazione della offerta, dove viene richiesta la presentazione della offerta su carta intestata della società, intendete la compilazione degli allegati A e C oppure anche una offerta dettagliata di tutti gli strumenti offerti con i relativi prezzi?

Risposta 5: *il contenuto degli allegati A e C, debitamente compilato dall'operatore economico, deve essere riprodotto su carta intestata (motivo per il quale i due format sono pubblicati in formato word).*

Segnalazione di un refuso nei termini di fatturazione. Nel paragrafo "TERMINI DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO" del Capitolato Tecnico per la "Fornitura di attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione da destinare ai laboratori dell'ISPRA di Ozzano dell'Emilia (Bologna), di Castel Romano (Roma) e di Livorno", laddove indicato punto 2 si intende punto 1 e laddove indicato punto 3 si intende invece punto 2".