



Da pubblicare sul sito

**Oggetto:** Indagine di mercato per l'affidamento della fornitura biennale dei gas tecnici puri per i laboratori delle sedi di Chioggia e di Livorno, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori due anni, e corso di formazione per la manipolazione dei gas tecnici puri non tossici. – **Risposta a chiarimenti.**

Si rappresenta che in merito alla seguente richiesta di chiarimenti, "*se è possibile fornire i seguenti prodotti in alternativa a quelli riportati nel capitolato tecnico:*

*1 bombola di anidride carbonica 4.8 in alternativa a 5.0, in bombole da 14l, 10kg;*

*1 bombola di anidride solforosa 3.0 in alternativa a 3.8, in bombole da 6kg, 5l".*

questa Stazione Appaltante precisa che:

per esigenze analitiche i prodotti necessari ai nostri laboratori sono quelli espressamente indicati nel capitolato tecnico, poiché presentano i requisiti di purezza più elevati e necessari per le calibrazioni strumentali richieste dalle analisi isotopiche.

Il Responsabile CN-COS  
Ing. Maurizio Ferla

---