

## **Chiarimenti**

### **Quesito 1**

#### **DOMANDA:**

Nel capitolato tecnico vengono richieste, come caratteristiche minime, le dimensioni interne della camera del FEG di almeno 340 mm come diametro o lato minore e almeno 250 mm di altezza.

Si chiede conferma, in ragione anche del principio del “favor participationis”, che tali misure siano da considerare puramente indicative in quanto una ipotetica camera delle dimensioni 340x315x315 cm (quindi con lato minore inferiore a quello richiesto) possa essere considerata equivalente avendo una superficie laterale (lato minore per altezza) e un volume totale addirittura superiore a quello richiesto.

Si rappresenta infine che, grazie a queste misure, lo stage motorizzato del SEM ha una escursione in X e Y di 130mm x 130mm e un'escursione in Z di 100 mm (caratteristica unica).

#### **RISPOSTA:**

Si fa presente che la richiesta di considerare una dimensione della camera di 315cm di lato minore non è conforme ai nostri scopi. Una camera con le specifiche richieste, infatti, permette di inserire campioni con una superficie maggiore e di ruotarli a 360° evitando eventuali zone d'ombra durante l'utilizzo dell'analisi EDS.

### **Quesito 2**

#### **DOMANDA**

A pagina 3 del Capitolato tecnico - Lotto 1 - nella sezione “Tempi di consegna e monitoraggio in itinere” viene richiesto che: “La consegna, l'installazione e la messa in funzione della strumentazione dovrà essere ultimata entro 60 gg a decorrere dalla data di stipulazione del contratto”.

Considerando le difficoltà incontrate nella produzione dei Dispositivi della Tipologia di cui in oggetto, derivanti da cause strettamente correlate alla pandemia Covid 19 che ha causato una carenza globale di materie prime, e dal susseguente conflitto Russo/Ucraino, così come ampiamente evidenziato anche dai media, determinando la dilatazione temporale dei tempi di produzione si chiede conferma che le tempistiche relative alla consegna possano avvenire entro e non oltre i 5-8 mesi solari successivi dalla data di ricezione del Contratto da parte dell'Aggiudicatario sottoscritto digitalmente tra le parti.

#### **RISPOSTA:**

Nel confermare le previsioni della documentazione di gara, si precisa, tuttavia, che a fronte dell'evidenza di un dettagliato cronoprogramma con le tempistiche di produzione, approvvigionamento e assemblaggio delle materie prime necessarie, sussistendone le ulteriori condizioni previste dal Codice, la Stazione appaltante valuterà l'opportunità di procedere alla relativa modifica contrattuale in fase di esecuzione del contratto.

### **Quesito 3**

#### **DOMANDA**

A pagina 4 del CAPITOLATO TECNICO - Lotto 1 - nella sezione MODALITÀ DI ESECUZIONE E GESTIONE DELLA FORNITURA viene richiesto “ripristino funzionale entro 8 giorni lavorativi, dalla richiesta di intervento inoltrata tramite mail a cura del direttore dell'esecuzione del contratto”.

Si chiede conferma che i tempi di ripristino possano considerarsi come indicativi, cioè applicabili in caso di disponibilità immediata delle parti di ricambio in magazzino (circa il 75% dei componenti) e comunque compatibili con le procedure di ripristino dei livelli di vuoto operativi.

**RISPOSTA**

Si conferma che i tempi del ripristino funzionale debbano essere di 8 giorni lavorativi.

**Quesito 4**

**DOMANDA**

A pagina 2 del CAPITOLATO TECNICO - Lotto 1 - nella sezione OGGETTO DELL'APPALTO vengono indicate le specifiche tecniche minime oggetto della fornitura.

Si richiede se sia incluso o escluso il detector in camera di lavoro per gli elettroni retrodiffusi nelle suddette specifiche.

**RISPOSTA**

Si conferma che debba essere incluso in configurazione il detector in camera di lavoro per gli elettroni retrodiffusi.